

מכרז פומבי מס' 22/2021 -

אספקת דוגמי שפכים עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

תשובה	שאלה	סיווג	סעיף	עמוד	מס' שאלה
לא מאושר. מסמכי המכרז יוותרו כפי שהם.	מבקשים לתקן את הנוסח ל: " ניסיון עבודה עם שפכים " ולתקן בהתאם בכל סעיפי המכרז ונספחיו.	משפטי+ מקצועי	3.2	7	.1
לא מאושר. מסמכי המכרז יוותרו כפי שהם.	מבקשים לתקן את הנוסח כך שלא יוגבל ל 3 שנים, אנו מניחים שניסיון של 10 שנים גובר על ניסיון ב 3 השנים האחרונות.	משפטי+ מקצועי	3.2	7	.2
למען הסר ספק, אספקת הדוגמים נכללת בהיקף הכספי הנדרש בסעיף זה.	ההיקף הכספי הכולל גבוה מאוד ואיננו עומד בפרופורציה להיקף הכספי שאנו גובים מהלקוחות שלנו בגין אחזקה, אין לנו כמות כה גבוהה של תקלות המצריך חיוב כל כך גבוה, אבקש לבחון את הסכום.	משפטי+ מקצועי	3.3	7	.3
לא מאושר. מסמכי המכרז יוותרו כפי שהם.	מבקשים לשנות את ההתחייבות לספק אישורי ביטוח חתומים מ תוך 14 יום לעד 30 ימי עסקים.	משפטי	18.1	18	.4

<p>ליד הדוגמים קיים בקר נתונים מקומי. הדוגמים מחוברים לבקר (אותות אנלוגיים/ דיגיטליים) הבקר מדוווח את הנתונים למערך הניטור של המועצה. ה SIM של המועצה. על הזוכה לחבר את המערך המוצע לבקר הקיים.</p>	<p>לא ברורה החלוקה בין הקבלן ללקוח בנושא העברת הנתונים למחשב המרכזי, האם המערכת של הלקוח יודעת לקבל מידע מרכיב סלולרי, יש ללקוח ענן ? של מי ה SIM של הלקוח ? נדרשת הבהרה טכנית ברורה לגבי נושא העברת הנתונים בין חדרי הדגימה ומערך איסוף הנתון במועצה.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>2</p>	<p>30</p>	<p>.5</p>
<p>כן</p>	<p>האם ההפניה לסקיצה 2א9 כמופיע, מתייחסת לסקיצה 1א9 המופיעה בעמוד 34 ?</p>	<p>מקצועי</p>	<p>2</p>	<p>32</p>	<p>.6</p>
<p>מאושר</p>	<p>במדידות שערכנו באתר פיברו (קופולק) מתברר שגובה המבנה לא יכול לעבור 180 ס"מ לאור צנרת העוברת בנקודה, אבקש לקבל אישור לספק גודל מבנה בהתאם למגבלות באתר (קופולק וובלנג'ית) כך שבכל מקרה המבנה יהיה מסוגל להכיל את הדוגם, המשדר האנליטי ויחידת התקשורת ויכלול דלת ברוחב 100 ס"מ שתיפתח החוצה, מידות עומק</p>	<p>מקצועי</p>	<p>2</p>	<p>30</p>	<p>.7</p>

	וגובה בהתאם לאפשרי באתר.				
--	--------------------------	--	--	--	--