

**הבהרה לשאלה 11 – מכרז מס' 01.2022-**

**לתפעול ותחזוקת תחנות ניטור אויר עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב**

<p>- לפני כחודשיים הוחלפו 10 גלילי אמוניה ו- H2S</p> <p>- בשלושת החודשים האחרונים הוחלפו 4 גלילי NOX, והוזמנו 5 נוספים ע"י המועצה.</p> <p>BTEX- 3 גלילים בתוקף עד ספטמבר 2024, המועצה תרכוש 7 גלילי BTEX שתוקפם מסתיים בספטמבר 2022.</p> <p>בכל הגלילים החדשים הלחץ הוא בערך 2000psi</p>	<p>בכל תחנה מותקנים 4 גלילי כיול (H2S, BTEX, NO, SO2), אמוניה, לא צוין תוקף ולחץ גזי כיול. נא הבהירו.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>2.1</p>	<p>34</p>	<p>11.</p>
--	---	---------------	------------	-----------	------------