

**הבהרה למכרז מס' 01.2023 -
לאספקת מערכת BOD למעבדות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב**

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	הבהרה	תשובות
1.	7	סעיף 2.7	משפטי	אילו רשויות מעורבות ואילו אישורים נדרשים?	לא ידוע למועצה על אישור ספציפי שיידרש.
2.	13	12.3 סעיף 6	מקצועי	האם הכוונה לחיבור לברקוד (לחיבור עתידי) או שהמערכת צריכה להגיע עם ברקוד?	הכוונה הינה לחיבור עתידי.
3.	34	4	מקצועי	האם 45 יום קלנדריים או 45 ימי עבודה	45 ימי עבודה.
4.	34	4	מקצועי	האם 45 ימים נספרים מתאריך החתימה או מתאריך פרסום הזכיה?	45 הימים נספרים מיום קבלת ההזמנה (סמוך לתאריך החתימה).
5.	34	1	מקצועי	מה דיוק סף גילוי נדרש? רשום דיוק נקודת אפס $O < 0.2$ % , אבל זה יוצא מעל טווח המדידה	סף הגילוי הנדרש הינו 0.2 ± 0 .
6.			מקצועי	יש בעיה עם 45 אספקה ימים קלנדריים מאחר ומדובר במערכת בייצור מיוחד + משלוח מיוחד – לא בטוח שניתן לספק בלוח כזה.	המועצה תהיה מוכנה להתפשר על 60 ימי עבודה.
7.	8	3.2	משפטי	בסעיף ניסיון קודם. יש דרישה למכירת מערכת בין 2017-2022 האם אפשר להגדיל את טווח האספקה מ 2014-2022 ?	לא מאושר. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם
8.	62	5	משפטי	ערבות ביצוע חוזה, אינה מוגבלת בזמן. לא נוכל לערוב ללא גבול. אנא תקנו סעיף זה.	לא מאושר. משמעות המילים ועד בכלל היא כי העבות כוללת את יום הפקיעה.
9.			משפטי	מובהר, כי על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול המפגש הכולל את הבהרות המועצה כפי שנשלחו למשתתפים כשהוא חתום על ידו גם אם לא השתתף במפגש. לא השתתפתי במפגש. אשמח לקבל את הפרוטוקול.	פרוטוקול סיור המציעים נשלח למציעים במייל וגם מפורסם באתר המועצה.

תשובות	הבהרה	סיווג	סעיף/ מסמך	עמוד	מס
<p>מספר הבדיקות בשבוע הינו כ-20 דוגמאות, לכל דוגמה מבוצעות 3 חזרות. 4 מגשי עבודה ביום. מכשיר בגודל של מגש אחד המכיל 18 בקבוקים.</p>	<p>מפרט טכני- אשמח לדעת כמה בדיקות BOD יש לכם ביום כולל בלנקים וסטנדרטים? רשמתם מגש של 18 בקבוקים אבל כמה מגשים ביום עבודה אתם צריכים? האם המכשיר אמור להיות בגודל של מגש אחד?</p>	<p>מקצועי</p>			<p>.10</p>