

נספח ח'-

הנחיות רשות המים - "הנחיות נוספות של רשות המים, 8/2025"

לרשימת האנליזות הנדרשות במכרז יש להוסיף את החומרים הבאים:

1. אנליזה לתרכובות PFAS תבוצע על פי הגרסה העדכנית של שיטה מספר 1633 של ה-EPA (Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Aqueous, Solid, Biosolids,) and Tissue Samples by LC-MS/MS). סף הכימות לכל תרכובת לא יעלה על 10 ng/liter.
2. אנליזה ל-1,4-Dioxane. סף הכימות של החומר לא יעלה על 1 µg/liter (1 מקג"ל).
3. אנליזה לשאריות תרופות שתכלול, לכל הפחות, את רשימת התרופות הבאה:

א.	Carbamazepin
ב.	Gemfibrozil
ג.	Pentoxifyllin
ד.	Trimethoprim
ה.	Venlafaxin
ו.	Amitriptyline
ז.	Imipramine
ח.	Doxepine
ט.	Etodolac
י.	p-phenetidine

- סף הכימות לשאריות תרופות לא יעלה על 1 µg/liter. יתקבלו גם שיטות ביתיות שפותחו במעבדות השונות ובלבד שיצורפו דו"חות ולידציה מלאים וסף הכימות לחומרים לא יעלה על 1 מקג"ל.
4. הדיגום והאנליזות יבוצעו על פי ההנחיות העדכניות של רשות המים, כפי שמופיעות באתר האינטרנט של הרשות.
5. יש להעביר את רשימת החומרים המלאה, שיטות האנליזה המתאימות, המעבדות בהן יבוצעו וספי הכימות לחומרים השונים לאישור רשות המים לפני ביצוע סבב הניטור הראשון.